

## RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-1-1923/2023 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- 1) Az akkreditált szervezet neve és címe:  
**Ex-Advice Kft.**  
**Vizsgálólaboratóriuma**  
 8330 Sümeg, Eitner út 22.
- 2) Akkreditálási szabvány:  
**MSZ EN ISO/IEC 17025:2018**
- 3) Akkreditálási kategória:  
**vizsgálólaboratórium**
- 4) Az akkreditált státusz érvényessége:  
 Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2023. szeptember 21.**  
 Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2028. szeptember 21.**
- 5) Az akkreditált terület:

### Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Porok	Lebegő állapotban mért gyulladási hőmérséklet (MIT [°C]) Mérési tartomány: 20-1000°C Megengedett eltérés: ±30°C	MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2:2016
	Leülepedett állapotban mért gyulladási hőmérséklet (LIT [°C]) Mérési tartomány: 20-450°C Megengedett eltérés: ±10°C	MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2:2016
	Maximális robbanási túlnyomás (Pmax [bar]) Mérési tartomány: 0-25 bar Megengedett eltérés: ±10%	MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 MSZ EN 14034-1:2011
	Maximális nyomásemelkedési sebesség (dP/dt [bar/s]) Mérési tartomány: 0-4000 bar/s Megengedett eltérés: ±30% (50<Kst<100 barm/s) Megengedett eltérés: ±20% (100<Kst<300 barm/s) Megengedett eltérés: ±10% (300<Kst barm/s)	MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 MSZ EN 14034-2:2011

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Porok	Alsó robbanási határérték (LEL [g/m <sup>3</sup> ]) Mérési tartomány: 0-10000 g/m <sup>3</sup>	MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 MSZ EN 14034-3:2011

*Az akkreditált szervezet köteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dokumentumokon a szabványok visszavont státuszára vonatkozó információt.*

*A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület honlapja ([www.mszt.hu](http://www.mszt.hu)) vagy a szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat.*

*Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el ([www.nah.gov.hu/hu/kategoriak](http://www.nah.gov.hu/hu/kategoriak)).*

**Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint**

- VÉGE –